

製品事故 1

○事故発生日：平成 20 年 11 月 4 日

○事故報告日：平成 20 年 12 月 10 日

○製 品 名：介護ベッド用手すり

○機種・型式：PZR-K950B

○事業者名：株式会社プラッツ

○被害状況：重傷 1 名

○事故内容：当該製品を使って立ち上がろうとした際に、スイングアーム部の固定ロックが掛かっていなかったため、転倒して骨折した。

調査の結果、製造時に単品的にスイングアームの上・下支持部に設計寸法が正しくないものが混入していたため、スイングアームが正常品と比較して動きが重くなり、半ロックの状態となっていたこと及び、消費者がスイングアームの固定ノブの位置を確認しなかったことにより、半ロック状態での使用となったことが事故原因と考えられる。

○発生場所：福井県

○備考：平成 20 年 12 月 12 日に経済産業省にてガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

製品事故 2

○事故発生日：平成 22 年 10 月 17 日

○事故報告日：平成 22 年 10 月 28 日

○製 品 名：電動車いす（ハンドル型）

○機種・型式：ET3A

○事業者名：スズキ株式会社

○被害状況：火災

○事故内容：当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

○発生場所：長野県